



ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร (Pre Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด ๑ ประตู
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร (Pre Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น
๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และเอกสาร
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

จังหวัดพิจิตร ได้พิจารณาอนุมัติซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า
๗๐๐ ลิตร (Pre Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ได้แก่ บริษัท นำวิวัฒนาการช่าง (1992) จำกัด (ส่งออก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น
๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพนม ปทุมสูติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพทะเล โทร ๐ ๕๖๖๘ ๑๑๑๕

ที่ พจ ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๑๗ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร (Pre Post Vac) ห้องนั่งทรงกระบอกชนิด ๑ ประตู โรงพยาบาลโพทะเล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล)

๑.ความเดิม

๑.๑ จังหวัดพิจิตร เห็นชอบให้โรงพยาบาลโพทะเล จังหวัดพิจิตร ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร (Pre Post Vac) ห้องนั่งทรงกระบอกชนิด ๑ ประตู โรงพยาบาลโพทะเล ตำบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๐๘.๓๐ น. -ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

๑.๒ จังหวัดพิจิตร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๒๗.๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ได้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ รับเอกสารการประกวดราคาฯ ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร (Pre Post Vac) ห้องนั่งทรงกระบอกชนิด ๑ ประตู ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาจำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑) บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด เสนอราคาตามใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าราคาประมาณ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖ %

๒) บริษัท เจ ที เวิลด์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาตามใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าราคาประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๘ %

๒.๒ ตรวจสอบการไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน เห็นว่าผู้เสนอราคา มี ๒ ราย ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๓ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาและคุณสมบัติทางเทคนิค พบว่า

๑) บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ดังนี้

๑.๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๓ มีปั๊มสุญญากาศ (Water Jet Vzcuum Pump) แบบประหยัดพลังงานโดยใช้น้ำหมุนเวียนไม่มีน้ำทิ้งขณะใช้งาน เครื่องเป็นแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทนความร้อนสูง (รับประกัน ๕ ปี) มีหน้าที่ดูดอากาศออกจากห้องนั่งและในการอบแห้งเครื่องมือ

๑.๒) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๗.๒ มีตะแกรงแบบ ๒ ชั้น สำหรับบรรจุสิ่งของเข้าห้องนั่ง ทำด้วยสแตนเลสสตีล จำนวน ๒ ชุด

๑.๓) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๘.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศไทย เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาตรฐาน ISO 13485:2003 และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียน ผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กระทรวงอุตสาหกรรม และผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข มาแสดงกับคณะกรรมการในวันพิจารณาและเอกสารดังกล่าวจะต้องยังไม่หมดอายุ

๒) บริษัท เจ ที เวิลด์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ดังนี้

๒.๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๓ มีปั๊มสุญญากาศ (Water Jet Vzcuum Pump) แบบประหยัดพลังงานโดยใช้น้ำหมุนเวียนไม่มีน้ำทิ้งขณะใช้งาน เครื่องเป็นแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทนความร้อนสูง มีหน้าที่ดูดอากาศออกจากห้องนั่งและในการอบแห้งเครื่องมือ ซึ่งไม่ได้ระบุระยะเวลาประกัน ๕ ปี

๒.๒) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๗.๒ มีตะแกรงแบบ ๒ ชั้น สำหรับบรรจุสิ่งของเข้าห้องนั่ง จำนวน ๑ ชุด ทำด้วยสแตนเลสสตีล ในเงื่อนไขระบุจำนวน ๒ ชุด

๒.๓) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๘.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศจีน เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงาน ผู้ผลิตที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 13485 และมาตรฐาน EN มาตรฐาน CE มาตรฐาน TUV และต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานผลิต พร้อมเอกสารนำเข้าและหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือ

แพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และเอกสารดังกล่าวจะต้องยังไม่หมดอายุ
ในเงื่อนไขระบบผลิตในทวีปยุโรป หรือประเทศไทย

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า มีผู้ยื่นเสนอราคาหนึ่งรายมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ และเสนอราคาต่ำกว่าจึงเห็นสมควรประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวด
ราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร (Pre Post Vac)
ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด ๑ ประตู โรงพยาบาลโพทะเล

๔. ข้อเสนอ

เห็นสมควรอนุมัติจัดซื้อ

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร (Pre Post Vac)

ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด ๑ ประตู โรงพยาบาลโพทะเล จากบริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่พึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่ยื่นมาพร้อมนี้

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางธัญญาภรณ์ ไทใหญ่เจริญ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวอุไรวรรณ กระแสสินธุ์)

เจ้าหน้าที่

(นางผ่องศรี หนูทวน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชานานู ชัยตา)

รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

(นายพนม ปทุมสูติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสุภางภัทร์ พรหมอยู่)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางปานิตา พรหมหาญ)